

Термопреобразователи универсальные

ТПУ 0304/М1-СВ, ТПУ 0304/М2-СВ

ФОРМА ЗАКАЗА

ТПУ 0304 х х х х х х
 1 2 3 4 5 6 7

1. Тип прибора
2. Код модификации (таблица 1)
3. Индикация (**только для ТПУ 0304/М2-СВ**)
 - жидкокристаллическая (ЖК) (код заказа И1)
 - жидкокристаллическая (ЖК) с подсветкой (код заказа И1П)
4. Диапазон измерений температуры (таблица 2)
5. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа – 360П – **опция**)
6. Госповерка (индекс заказа ГП)
7. Обозначение технических условий

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ТПУ 0304 - /М2-СВ - И1П - (-30...50) °С - 360П - ГП - ТУ 4227-121-13282997-2014
 1 2 3 4 5 6 7

Таблица 1

Тип прибора	Код модификации	Примечание
ТПУ 0304	/М1-СВ	Без индикации
	/М2-СВ	С жидкокристаллическим индикатором

Таблица 2

Нижний предел измерений, °С	Верхний предел измерений, °С	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С,	Номер поддиапазона измерений	Положение переключателей		
				1	2	3
T_n^*	T_v^*	±0,3	1	0	0	0
0	70	±0,3	2	0	0	1
0	50	±0,3	3	0	1	0
0	30	±0,3	4	0	1	1
минус 20	20	±0,3	5	1	0	0
минус 30	30	±0,3	6	1	0	1
минус 30	50	±0,3	7	1	1	0
минус 30	70	±0,3	8	1	1	1

Примечания

- 1 - * По отдельному заказу в диапазоне температуры от минус 30 до плюс 70 °С;
- 2 - Базовое исполнение – (-30...+70) °С
- 3 - Состояние переключателя «0» соответствует положению «OFF», Состояние «1» - положению «ON».